



Project
funded by the
EUROPEAN UNION



**ENPI
CBCMED**
EUROPEAN COOPERATION
IN THE MEDITERRANEAN



Errata corrige

La pagina 3 del capitolato speciale d'appalto

P.11 CORRENTOMETRO acustico single-point per misure di corrente con intervallo di misura per la velocità da 0 a 300 m/sec, risoluzione 0.1 mm/sec, accuratezza ± 0.15 cm/sec; intervallo di misura per la direzione 0-360°, risoluzione 0.01°, accuratezza $\pm 8^\circ$ completo di ondametro con intervallo di misura da 0 a 400 kPa (58 psia), risoluzione < 0.0001 % FSO, accuratezza ± 0.02 % FSO. PUNTI 15

E' così modificata

P.11 CORRENTOMETRO acustico single-point per misure di corrente con intervallo di misura per la velocità da 0 a 300 cm/sec, risoluzione 0.1 mm/sec, accuratezza ± 0.15 cm/sec; intervallo di misura per la direzione 0-360°, risoluzione 0.01°, accuratezza $\pm 8^\circ$ completo di ondametro con intervallo di misura da 0 a 400 kPa (58 psia), risoluzione < 0.0001 % FSO, accuratezza ± 0.02 % FSO. PUNTI 15

La pagina 7 del capitolato speciale d'appalto

P.12 CORRENTOMETRO acustico single-point per misure di corrente con intervallo di misura per la velocità da 0 a 300 m/sec, risoluzione 0.1 mm/sec, accuratezza ± 0.15 cm/sec; intervallo di misura per la direzione 0-360°, risoluzione 0.01°, accuratezza $\pm 8^\circ$ completo di ondametro con intervallo di misura da 0 a 400 kPa (58 psia), risoluzione < 0.0001 % FSO, accuratezza ± 0.02 % FSO. PUNTI 15

È così modificata

P.12 CORRENTOMETRO acustico single-point per misure di corrente con intervallo di misura per la velocità da 0 a 300 cm/sec, risoluzione 0.1 mm/sec, accuratezza ± 0.15 cm/sec; intervallo di misura per la direzione 0-360°, risoluzione 0.01°, accuratezza $\pm 8^\circ$ completo di ondametro con intervallo di misura da 0 a 400 kPa (58 psia), risoluzione < 0.0001 % FSO, accuratezza ± 0.02 % FSO. PUNTI 15

Il disciplinare di gara a pagina 3:

III.2.3 n. 1 del bando di gara: eseguiti dal concorrente nel quinquennio 2009/2014

È così modificato

III.2.3 n. 1 del bando di gara: eseguiti dal concorrente negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando

Firmato
Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Saggiomo